

Methylfenidaat

Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym

Drugs

Versie 3

Datum 5-1-2022

Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

-



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

Gelre I-lab KFTL

Normaal

Positief/Negatief

Afkapwaarde bij screening: 100 ng/mL

Bereik bij bevestigingsonderzoek: 25-1000 ng/mL

Methylfenidaat wordt uitgevoerd voor externe instellingen (o.a. verslavingsklinieken).

Toxisch

-

Klinische betekenis

-

-

Overige opmerkingen

-

Methylfenidaat

Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym

Drugs

Versie 3

Datum 5-1-2022

Uitvoerende instelling

Laboratorium

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL

LIMS-code

RITAE (screening)
RITAB (bevestigingsonderzoek)

Bepalingsmethode

Immuno-assay (screening)

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties

-

ISO-15189 scope

ISO15189:2012 (M305)

Scope

KF.TOX.03

NZA code

072903

Wijzigingen

20220105 VvW: Tekstuele aanpassingen.
20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.