

Laxantia screening

-

Diversen

Versie 8

Datum 28-6-2022

Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

Analyse kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of ter controle van compliance.



Bepalingsfrequentie

Alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheeker.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

Farmalab UMC Utrecht

<https://www.umcutrecht.nl/nl/farmalab>

Normaal

Positief/Negatief

De laxantiascreening bevat de volgende componenten:

- Dantron
- Chrysofaanzuur
- Bisacodyl (middels metaboliet desacetyl-bisacodyl)
- Desacetyl-bisacodyl
- Fenolftaleïne
- Aloe-Emodin
- Emodin
- Rhein

NB lactulose, paraffine, natriumsulfaat en magnesiumzouten worden niet onderzocht.

Toxisch

-

Klinische betekenis

Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/L gehanteerd.

Overige opmerkingen

-

Laxantia screening

-

Diversen

Versie 8

Datum 28-6-2022

Uitvoerende instelling**Laboratorium**

Universitair Medisch Centrum Utrecht Laboratorium Apotheek

Analisten KFL**LIMS-code**

LAXAT

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Diepvries (-15 tot -25 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties

1. UMCU, farmalab monografie, geraadpleegd: 06012021.

ISO-15189 scope

Nee (M219)

Scope

-

NZA code

072816

Wijzigingen

20220628 KL: Bij referentiegebied, de competenten geupdate.

20211231 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ. Frequentie een keer per maand toegevoegd en literatuur geüpdatet.

20190927 ML: LIMS code van LAXA naar LAXAT. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd.

20190321 ML: Desacetylbisacodyl gewijzigd in bisacodylhydrolyse conform uitslagen UMCU.

20170708 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.

20170413 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 13-04-2017.