

Diuretica screening

-

Diversen

Versie 12

Datum 24-8-2023



Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

Analyse kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of ter controle van compliance.



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 4 weken.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

Farmalab UMC Utrecht

<https://www.umcutrecht.nl/nl/farmalab>

Normaal

Positief/Negatief

De diureticascreeening bevat de volgende componenten:

- Acetazolamide
- Bumetanide
- Canrenon
- Spironolacton
- Chloortalidon
- Chloorthiazide
- Furosemide
- Hydrochloorthiazide
- Indapamide
- Triamtereen

Toxisch

-

Klinische betekenis

Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/L gehanteerd.

Overige opmerkingen

-

Diuretica screening

-

Diversen

Versie 12

Datum 24-8-2023

Uitvoerende instelling**Laboratorium**

Universitair Medisch Centrum Utrecht Laboratorium Apotheek
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL**LIMS-code**

DIURT

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

Vermeld op het aanvraagformulier voor UMC Utrecht dat het afnamemateriaal urine is.

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. UMCU Farmalab, geraadpleegd op 25-03-2021.

ISO-15189 scope

ISO 15189 (M219)

Scope

KF.TOX.02

NZA code

072816

Wijzigingen

20230824 ES: ISO certificering en scope aangepast.

20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.

20220613 KL: ISO-scope aangepast naar nee.

20211228 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20210520 KL: Aanwijzing voor analisten toegevoegd op verzoek van UMC Utrecht.

20210325 ML: Deze bepaling is niet ISO 15189 geaccrediteerd toegevoegd bij externe kwaliteitscontrole. Literatuur is geüpdatet.

20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.

20200318 KL: Foto buis toegevoegd.

20190923 ML: LIMS code van DIUR naar DIURT. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd.

20170708 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.

20170331 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd.

Literatuur: geraadpleegd: 31-03-2017.