

NPS

NPS, designer drugs, badzouten, legal highs, research chemicals

Drugs

Versie 5

Datum 9-4-2024



Afnamemateriaal

Urine



Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



Afnamecondities

-



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Normaal

Positief/Negatief

Voor meer informatie zie: -

-

Deventer

[Labqids | Deventer Ziekenhuis \(dz.nl\)](https://www.etz.nl/Labqids/Deventer-Ziekenhuis/dz.nl)

Toxisch

-

Klinische betekenis

NPS wordt uitgevoerd voor externe instellingen (o.a. verslavingsklinieken).

Opgenomen in de bibliotheek (18-06-2020): 2C-B, 2-CB, 2CE, 2CI, LSD, 3,4-methylenedioxypropylvalerone, 4-FA, 5-APB, heroine, amphetamine, baclofen, BDB, cocaine, benzphetamine, benzylpiperazine, buphedrone, buprenorfine, butylone, cathinone, codeine, dextrometorphan, dextropropoxyphene, DOB, DOM, fentanyl, GHB, hydrocodon, hydromorfon, ketamine, MBDB, m-CPP, MDA, MDAI, MDEA, MDMA, mefedrone (3-mmc/4-mmc), mescaline, metamphetamine, metaqualone, methylone, methylphenidaat, mitragynine (kratom), morfine, oxycodon, tramadol, pethidine, phencyclidine, PMA, PMMA, psilocybe, psilocybin, PVP, sufentanyl, tapentadol, zolpidem, zopiclon.

Ook zijn diverse metabolieten van bovengenoemde stoffen opgenomen in de bibliotheek, deze zijn hier niet vermeld.

Benzodiazepinen zijn NIET opgenomen in deze bibliotheek.

Overige opmerkingen

-

NPS

NPS, designer drugs, badzouten, legal highs, research chemicals

Drugs

Versie 5

Datum 9-4-2024

Uitvoerende instelling

Laboratorium

Deventer ziekenhuis
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL

LIMS-code

NPSK (voor kliniek)
NPSE (voor DLDD klanten)

Bepalingsmethode

LC-MSMS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

-

ISO-15189 scope

ISO15189 (M272)

Scope

KF.TOX.02

NZA code

072905

Wijzigingen

20230409 ES: Afkapwaarde 100 ng/ml verwijderd, toegevoegd welke stoffen zijn opgenomen in de bibliotheek bij de NPS bepaling van Deventer Ziekenhuis.
20231205 ES: Uitvoerende instelling aangepast van Gelre ziekenhuis naar Deventer ziekenhuis. En Methode van LC-HR-MS naar LC-MSMS aangepast.
20230831 ES: Scope aangepast van KF.TOX.03 naar KF.TOX.02.
20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.